

Salsomaggiore Terme, 06/02/2026

A tutti i Clienti interessati

Loro sedi

Comunicazione ufficiale – Futura interruzione della distribuzione di Dexcom G6®

Gentili Responsabili,

con la presente si comunica la decisione di dismissione del sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM), Dexcom G6®, da parte del fabbricante Dexcom Inc.. Tale decisione è stata presa in virtù del fatto che la versione più recente e più avanzata da un punto di vista tecnologico, il sistema Dexcom G7®, è già presente e disponibile sul mercato italiano.

Il sistema Dexcom G6 sarà, quindi, progressivamente ritirato dal mercato italiano e sostituito definitivamente dalla nuova versione, Dexcom G7, entro il mese di Giugno 2026; tale termine, tuttavia, non costituisce garanzia di continuità della fornitura fino a tale data. La disponibilità residua è, infatti, subordinata alla capacità produttiva e alle giacenze del fabbricante, che ha già segnalato la possibilità di limitazioni o interruzioni della fornitura anche prima della scadenza indicata, nonché alla velocità del distributore nel transitare i pazienti dal sistema G6 in dismissione, al nuovo sistema G7.

Theras Lifetech, in qualità di distributore del dispositivo per il territorio italiano, sta operando con la massima trasparenza e velocità per supportare i centri prescrittori, gli operatori sanitari, gli utilizzatori e i caregiver nella gestione della fase transitiva assicurando supporto informativo ed operativo connesso alla dismissione del prodotto e alla messa a disposizione del nuovo prodotto per garantire la continuità terapeutica dei pazienti utilizzatori.

Il personale Theras rimane, quindi, a disposizione, laddove richiesto, per fornire supporto operativo e formativo nella transizione dei pazienti verso la generazione di tecnologia più recente della gamma Dexcom G® (Dexcom G7®), in base alla disponibilità regionale.

Tale sistema introduce evoluzioni tecnologiche, tra cui l'integrazione di sensore e trasmettitore in un unico dispositivo, dimensioni ridotte e un tempo di inizializzazione di 30 minuti, mantenendo l'interoperabilità con i sistemi di microinfusione già compatibili con Dexcom G6®.

In virtù di tali caratteristiche di interoperabilità, analogamente a Dexcom G6®, anche Dexcom G7® è disponibile, oltre che in kit standalone, in kit combinati con i seguenti codici:

- Con Omnipod® 5:
 - D5K-07-01 - Kit combinato per fabbisogno mensile G7® e Omnipod® 5
 - D5K-07-03 - Kit combinato per fabbisogno trimestrale G7® e Omnipod® 5
 - D5K-07-04 - Kit combinato per il fabbisogno trimestrale G7® e quadrimestrale Omnipod® 5
 - D5K-07-44 - Kit combinato per il fabbisogno quadrimestrale di G7® e Omnipod® 5
 - D5K-07-06 - Kit combinato per fabbisogno semestrale G7® e Omnipod® 5

- Con Omnipod Dash®
 - DDK-07-03 - Kit combinato per fabbisogno trimestrale G7® e Omnipod Dash®
 - DDK-07-05 - Kit combinato per fabbisogno mensile G7® e quadrimestrale Omnipod Dash®
 - DDK-07-06 - Kit combinato per fabbisogno mensile G7® e semestrale Omnipod Dash®
 - DDK-07-07 - Kit combinato per fabbisogno trimestrale G7® e quadrimestrale Omnipod Dash®

Al fine di garantire un'assistenza e un intervento efficace, vi chiediamo il massimo supporto e tempestività nella diffusione di questa comunicazione ai singoli centri e ospedali di competenza, per garantire che tutti i reparti di diabetologia interessati e i relativi medici possano prenderne visione e avviare le attività di transizione necessarie appena possibile.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Theras Lifetech S.r.l Unipersonale
Diabetes Care Business Unit Director
Alessandro Vicari

